

Specijalna bolnica za plućne bolesti  
Rockefellerova 3  
Zagreb

## TROŠKOVNIK

Reagensi za alergološka određivanja

Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) = 265.000 kn

Tablica a)

Red.br.	NAZIV PROIZVODA	Jedin. mjere	Veličina pakiranja (analiza)	Godišnje potrebe	Cijena po testu (bez PDV-a)	Iznos
1.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen grinje kućne prašine (Dermatophagoides pteronyssinus), d1	test		440		
2.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen grinje kućne prašine (Dermatophagoides farinae), d2	test		40		
3.	Reagens za pretragu: Ukupan IgE (Total IgE)	test		400		
4.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen, plijesni (Aspergillus fumigatus), m3	test		40		
5.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen Klupčasta oštrica (Dactylis glomerata), g3	test		240		
6.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen Mačji repak (Phleum pratense), g6	test		320		
7.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen Livadna vlasnjača (Poa pratensis), g8	test		120		
8.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen Kukuruz (Zea mays), g202	test		60		
9.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen Obična breza (Betula verrucosa), t3	test		360		
10.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen Lijeska (Corylus avellana), t4	test		240		
11.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen Vrba lva (Salix caperea), t12	test		20		
12.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen Lipa (Linden), t208	test		60		
13.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen Ambrozija kratka (Ambrosia elatior), w1	test		480		
14.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen Divlji pelin (Artemisia vulgaris), w6	test		240		
15.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen Crkvina (Parietaria officinalis), w19	test		40		
16.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen Maslačak (Taraxacum vulgare), w8	test		40		
17.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen Uskolisni trpurac (Plantago lanceolata), w9	test		80		
18.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen lješnjak (Hazel Nut), f17	test		40		
19.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen mačji epitel (Cat Dander), e1	test		80		
20.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen pseći epitel (Dog Dander), e5	test		80		
21.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen jaje - bjelanjak (Egg White), f1	test		40		

22.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen kikiriki (Peanut), f13	test		40		
23.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen soja (Soya Bean), f14	test		40		
24.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen mlijeko (Milk), f2	test		40		
25.	Reagens za pretragu:specifični IgE na badem (Almond), f20	test		40		
26.	Reagens za pretragu:specifični IgE na jaje (Egg), f245	test		40		
27.	Reagens za pretragu:specifični IgE na orah (Walnut), f256	test		20		
28.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen topola (Populus deltoides), t14	test		20		
29.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen akacija (Acacia Longifolia), t19	test		20		
30.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen joha (Alnus Incana), t2	test		40		
31.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen čempres (Cupressus Sempervir), t23	test		40		
32.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen hrast (Quercus alba), t7	test		40		
33.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen kopriva (Urtica dioica), w20	test		20		
34.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen gluten, f79	test		40		
35.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen Pšenično brašno, f4	test		40		
36.	Reagens za pretragu:specifični IgE na alergen Tuna (Tuna), f40	test		20		
37.	Reagens za pretragu: specifični IgE na alergen kućna prašina, h2	test		120		
38.	Reagens za pretragu: smjesa specifičnih IgE na alergene e70, e85, 86, 89	test		40		
39.	Reagens za pretragu: smjesa specifičnih IgE na alergene g3,g4,g5,g6,g8	test		40		
40.	Reagens za pretragu: smjesa specifičnih IgE na alergene m1,2,3,6	test		40		
41.	Reagens za pretragu: smjesa specifičnih IgE na alergene t2,t3,t4,t7,t12	test		40		

Tablica b)

1.	UREĐAJ KOJI SE USTUPA U NAJAM ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA O NABAVI : automatizirani imunokemijski analizator , za određivanje ukupnog i specifičnog Ige protutijela, 1 komad (DA / NE)	analizator	DA	NE
----	--	------------	----	----

**Napomena naručitelja:**

Povezivanje analizatora s postojećim LIS-om na teret ponuđača

Kalibratori, kontrole, potrošni materijal trebaju biti uključeni u cijenu testova.

U dodatku ponude ponuditelja mora dostaviti tablicu s opisom pakiranja (količina traženih proizvoda unutar pakiranja), predviđenim količinama kalibratora, kontrola i svog potrošnog materijala, jediničnom cijenom (bez PDV-a) za pakiranja i ukupnom cijenom podloge koja mora biti identična originalnoj s naznakom na koju se grupa to odnosi.

Ukupno bez PDV-a \_\_\_\_\_ kn

Iznos PDV-a \_\_\_\_\_ kn

Ukupno s PDV-om \_\_\_\_\_ kn

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe)